

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-SYT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Cái Răng;

Căn cứ Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2025 của Trung tâm Y tế quận Cái Răng trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Tờ trình số 1639/TTr-TTYT ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Cái Răng về đề xuất nhu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ triển khai phòng khám Y học gia đình;

Căn cứ đề nghị ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Phòng khám bác sĩ gia đình-Trung tâm Y tế quận Cái Răng về việc mua sắm dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

Trung tâm Y tế quận Cái Răng kính mời các Quý nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết bị y tế vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Trung tâm Y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Cái Răng

Địa chỉ: Đường Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2. Nơi tiếp nhận thư chào giá: Phòng Tài chính kế toán – Trung tâm Y tế quận Cái Răng (Người nhận: Nguyễn Tuấn Hải SĐT: 0911424076) hoặc Email: nguyentuanhai8181@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty có khả năng cung cấp gửi báo giá bản giấy có người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu, bỏ toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi dán kín hoặc niêm phong (không bắt buộc). Ngoài

phong bì ghi: Bảng báo giá máy đo điện tim.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày tính từ ngày đăng thông báo (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Danh mục yêu cầu cung cấp báo giá:

Số TT	Tên ấn phẩm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
01	Máy đo điện tim	Cái	01	


(đính kèm phụ lục yêu cầu kỹ thuật)

Trung tâm Y tế quận Cái Răng kính mời các quý công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm gửi báo giá đúng theo hướng dẫn và phụ lục đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT;



GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thắm

Phụ lục
YÊU CẦU KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN TIM
(Máy điện tim di động 6/12 kênh)

STT	Tên thiết bị/ yêu cầu
1	Yêu cầu chung
	- Năm sản xuất 2024 trở về sau, mới 100% - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) - Xuất xứ: máy chính có xuất xứ tại một trong các nước thuộc nhóm G7 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$
2	Yêu cầu hình cung cấp
	Máy chính và phụ kiện đi kèm: - Máy chính (máy điện tim di động 6/12 kênh): 01 Cái - Tài khoản ứng dụng Android hoặc Ios (cho thu nhận dữ liệu điện tâm đồ/điện tim): 01 tài khoản người dùng - Cổng thông tin báo cáo của bác sĩ trên web: 01 tài khoản người dùng - Bộ cáp điện tim 10 đầu dò (12 kênh): 1 Bộ - Bộ kẹp và núm hút: 01 Bộ - Cáp sạc cho máy chính: 01 Cái - Màn hình ≥ 10 inch: 01 Cái
3	Yêu cầu kỹ thuật
	- Ứng dụng Android hoặc Ios dựa trên đăng nhập bảo mật để thu nhận điện tâm đồ an toàn - Lựa chọn nhận điện tâm đồ 6 kênh hoặc 12 kênh - Báo cáo PDF với phép đo và diễn giải AI dựa trên đám mây - Hỗ trợ in trên giấy A4 thông thường và các tờ A4 có lưới ECG - Đo nhịp tim: 30BPM đến 220 BPM $\pm 10\%$ hoặc 5BPM tùy theo mức nào lớn hơn - Tốc độ lấy mẫu: 2.000.000 mẫu/giây/Ch – Lấy mẫu; 244 mẫu/giây/Ch – Phân tích - Kiểm tra cáp và điện cực: Tính năng kiểm tra cáp và điện cực không tiếp xúc tốt - Độ phân giải Bộ chuyển đổi A/D: 16 bit - Kiểm soát độ nhạy 5, 10, 20 mm/mV, do người dùng kiểm soát - Pin lithium-ion 3,7V có thể sạc lại, hoạt động liên tục ≥ 15 giờ - Kết nối Bluetooth năng lượng thấp (BLE)
4	Yêu cầu khác
	- Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Tuân thủ Nghị định số 07/2023/ NĐ-CP và Nghị định số 98/2021/ NĐ-CP về quản lý thiết bị y tế